

Algemene verhuurvoorwaarden TENS In Spe, praktijk voor verloskunde

In dit document vind je de verhuurvoorwaarden en waarschuwingen voor het gebruik van het TENS apparaat.

1. De huurovereenkomst heeft een duur van maximaal 5 weken. Vanaf 38 weken zwangerschap kan de TENS meegenomen worden tijdens een van de controles.
De kosten bestaan uit:
 - Aanschaf plakkers
 - Huur TENS apparaat
2. Na de bevalling/ in de kraamtijd nemen de verloskundigen van In Spe, praktijk voor verloskunde de TENS weer mee of wordt de TENS door jullie teruggebracht naar de praktijk.
3. We verwachten dat:
 - je de TENS zorgvuldig en volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt.
 - Je geen pacemaker hebt en de TENS niet vóór de zesde maand van de zwangerschap gebruikt.
4. In Spe, praktijk voor verloskunde, is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet volgen van de gebruiksaanwijzing van de TENS apparatuur.
5. Je gebruikt het TENS apparaat uitsluitend voor jezelf. Je bent niet bevoegd de rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen.
6. Zodra enig gebrek aan het TENS apparaat zich voordoet, moet contact opgenomen worden met In Spe, praktijk voor verloskunde. Ook bij verlies of vermissing dien je In Spe hiervan direct op de hoogte te brengen.
7. Tijdens de huurperiode ben je aansprakelijk voor alle schade en/of verlies van de TENS. Kosten van reparatie en/of vervanging zijn voor rekening van de huurster en worden in mindering gebracht op de borgsom.
8. In Spe, praktijk voor verloskunde, is niet aansprakelijk voor de mate van pijnverlichting, aangezien dit per individu en bevalling als verschillend ervaren wordt.
9. Uiterlijk vijf weken na ontvangst dien je het apparaat schoon, onbeschadigd en compleet geretourneerd te hebben. Overschrijding van de huurperiode kost €5,00 per week en incompleet retour zenden kost €25,-

Waarschuwingen


- Gebruikers met hartritmestoornissen of een pacemaker mogen geen TENS apparaat gebruiken.
- Gebruik de TENS apparaat niet in de eerste 6 maanden van de zwangerschap.
- Gebruik het TENS apparaat niet in de buurt van korte golven of microgolven, de werking kan hierdoor gestoord worden.
- TENS kan storen op de registratie van de harttonen van de baby met CTG-apparaat. Het TENS apparaat moet dan tijdelijk uitgeschakeld worden of de snoertjes moeten wat verder van de CTG apparatuur liggen, dit kan door de elektroden om te draaien en met de snoertjes naar boven aan te brengen

Tip: Al bij regelmatige weeën in de beginfase van de bevalling kan je de TENS gaan gebruiken!

Tip: Zorg voor een extra setje batterijen!

PLAATS INSTRUCTIE PLAKELEKTRODEN TENS APPARAAT BIJ DE BEVALLING

Plaats de bovenste twee
plakelektroden ongeveer
4 cm links en rechts van de
ruggengraat en
4 cm boven de navellijn



Plaats de onderste twee
plakelektroden ongeveer
4 cm links en rechts van de
ruggengraat en
4 cm onder de navellijn